

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22816

Equipo: TENS



Marca: CHATTANOOGA
 Serie: 52472
 Modelo: 1981
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE BATERIA
 REVISION DE ELECTRODOS
 REVISION DE SELECTOR DE PULSO
 REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA
 REVISION DE SELECTOR DE TIEMPO
 REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD
 REVISION DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-10-22
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-07
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22815**

Equipo: EQUIPO DE RAYOS X



Marca: RTR
 Serie: ABA1840274
 Modelo: MCR TEC-RAD
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: IMAGENOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISION Y LIMPIEZA DE BUKY DE PARED
- REVISION DE MESA
- REVISIÓN DE FRENOS
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-11
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22814

Equipo: EQUIPO DE RAYOS X



Marca: RTR
 Serie: ABA1840274
 Modelo: MCR TEC-RAD
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: IMAGENOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISION Y LIMPIEZA DE BUKY DE PARED
- REVISION DE MESA
- REVISIÓN DE FRENOS
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22813**

Equipo: SIERRA CORTA YESO



Marca: MARTIN CUTTER
 Serie: 32969
 Modelo: 4183-106
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: IMAGENOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CUCHILLA
 REVISION DE MOTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-11
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22812**

Equipo: SIERRA CORTA YESO



Marca: MARTIN CUTTER
 Serie: 32969
 Modelo: 4183-106
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: IMAGENOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CUCHILLA
 REVISION DE MOTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22811**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **E09911-.0092**
 Modelo: **339**
 Nro de Inv: **0290**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 3**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22810

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240535
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2024-01-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22809

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR3
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22808**

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 21015969
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22807

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR2
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22806

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240533
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22805**

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009290**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22804

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009455**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22803

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
PARED



Marca: WELCH ALLYN
Serie: HSCJ-UR7
Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono: 7773141
Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
REVISION DE OTOSCOPIO
REVISION DE RETINOSCOPIO
REVISION DE BOMBILLOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22802**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **3860003300**
 Modelo: **386KGS-01**
 Nro de Inv: **0497**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA MECANICO
LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22801**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240532
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22800**

Equipo: **BASCULA PISO**



Marca: **KINLEE**
 Serie: **HSCJCEH-01**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE MANOMETRO
 LIMPIEZA GENERAL
 CALIBRACION PESAS PATRON
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22799

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: **GLUCOQUICK**
 Serie: **4286320210188816**
 Modelo: **GD50**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22798

Equipo: ELECTROCARDIOGRAFO



Marca: CONTEC
 Serie: SHSE50801766
 Modelo: ECG300G
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS OBSERVACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE TECLADO DE FUNCIONES
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE IMPRESORA TERMICA
 REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR DE PAPEL
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE BATERIA RECARGABLE
 REVISION DE CABLE DE 10 DERIVADAS CON SUS CHUPAS Y PINZAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22797

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M2507020081
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22796**

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: B15.15076
 Modelo: XY930D
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22795**

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR03
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22794

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR04
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22793

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: MINDRAY
 Serie: EV-35004941
 Modelo: IMEC12
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO SIN CABLES A PACIENTES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22792**

Equipo: LAMPARA CIELITICA



Marca: BENQ
 Serie: 2M007-M6-0011
 Modelo: DOELUX 6250
 Nro de Inv: 0337

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE BOMBILLO O LED,
 REVISION DE FILTROS,
 REVISION DE SISTEMA MECANICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 LIMPIEZA GENERAL,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO SIN BOMBILLOS

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22791**

Equipo: DOPPLER FETAL



Marca: EDAN
 Serie: 560042-M19013860021
 Modelo: SONOTRAX BASIC A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22790**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **20035363**
 Modelo: **402K**
 Nro de Inv: **0495**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22789**

Equipo: **MONITOR FETAL**



Marca: EDAN
 Serie: CB3031078683DEH
 Modelo: CADENCE II
 Nro de Inv: 0324

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE TECLADO
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE TRANSDUCTORES
- REVISIÓN DE IMPRESORA TÉRMICA
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

TRANSDUCTOR EN MAL ESTADO (INTERFERENCIA EN LA SEÑAL)

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22788

Equipo: LAMPARA DE CALOR RADIANTE



Marca: NINGBO DAVID MEDICAL
 Serie: 22140902004
 Modelo: HKN-9010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CHASIS Y RUEDAS - FRENOS
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DEL ESTADO DE ACRILICOS LATERALES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22787**

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: NK-38002063
 Modelo: DP-6900
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22786**

Equipo: LAMPARA PIELITICA



Marca: SURGILUX
 Serie: 331
 Modelo: BHS331
 Nro de Inv: 0325

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE BOMBILLO O LED,
 REVISION DE FILTROS,

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22785**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **HSCJSP-05**
 Modelo: **20KG**
 Nro de Inv: **0332**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA MECANICO
 LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
 CALIBRACION CON PESAS PATRONES
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22784

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: L1011
 Modelo: SXT-5A
 Nro de Inv: 0516

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22783**

Equipo: CAMA ELECTRICA DE PARTO



Marca: NO DATOS
 Serie: HSCJSP-06
 Modelo: ELECTRICA
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22782**

Equipo: CAMA ELECTRICA DE PARTO



Marca: NO DATOS
 Serie: HSCJSP-07
 Modelo: ELECTRICA
 Nro de Inv: 0330

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22781

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409483
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22780**

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940046
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO SIN CABLE DE SPO2

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22779

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: CA-MI
 Serie: 94552
 Modelo: NEW ASPIRET
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22778**

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940017
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22777**

Equipo: **MONITOR DE SIGNOS VITALES**



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940017
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22776**

Equipo: TENSIOMETRO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: HSCJUI-01
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-12-06
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22775**

Equipo: TENSIOMETRO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: HSCJUI-01
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22774

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: PULMO-MED
 Serie: 00228
 Modelo: 7E-A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-12-06
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22773**

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: PULMO-MED
 Serie: 00228
 Modelo: 7E-A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-21
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22772

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0109
 Modelo: 1800
 Nro de Inv: 0908

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
- REVISION DE TANQUE DE AGUA
- REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22771**

Equipo:	AUTOCLAVE
	
Marca:	AUTOMAT
Serie:	1800-0107
Modelo:	1800
Nro de Inv:	

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
	
Servicio:	Mantenimiento Preventivo
Direccion:	CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono:	7773141
Seccion:	ESTERILIZACION
Tipo Mtto:	Preventivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE REVISION DE CABLE DE PODER REVISION DE PUERA Y EMPAQUE REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA REVISION DE ALARMAS REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD REVISION DE TANQUE DE AGUA REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR REVISION DE TEMPORIZADOR LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
--


OBSERVACIONES

--

Fecha del Mtto:2023-11-13
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22770

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569912
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22769

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980494BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22768**

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980494BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-21
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22747

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009337**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **ODONTOLOGIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA
 VERIFICACION DE CALIBRACION CON PESAS PATRON


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22746

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24209
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-11-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22745

Equipo: EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL



Marca: FIAD
 Serie: 70M1-110-110V
 Modelo: ELITY-90
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-11-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22744

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML17-27987
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22743

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML13-24946
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22742**

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17146
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


fuera de servicio

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22741**

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17149
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE MODULO
 REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE MOTOR DE SILLON
 REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA
 REVISION DE ESCUPIDERA
 REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE
 REVISION DE JERINGA TRIPLE
 REVISION DE HOLDERS
 REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO)
 REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR)
 REVISION DE COMPRESOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22740

Equipo: SCALER



Marca: NSK
 Serie: A9912126
 Modelo: VARIOS 370
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 REVISION DE PIEZA DE MANO,
 VERIFICACION DE FRECUENCIA,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
 REVISION DE ENTRADA Y VALVULA DE AGUA
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22739

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **E09911-0092**
 Modelo: **339**
 Nro de Inv: **0290**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 3**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22738**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240535
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22737**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR3
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22736

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 21015969
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22735**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR2
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22734

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240533
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22733**

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009290**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22732**

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009455**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22731

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
PARED



Marca: WELCH ALLYN
Serie: HSCJ-UR7
Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono: 7773141
Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
Tipo Mtto: **Correctivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
REVISION DE OTOSCOPIO
REVISION DE RETINOSCOPIO
REVISION DE BOMBILLOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22730**

Equipo: ELECTROCARDIOGRAFO



Marca: CONTEC
 Serie: SHSE50801766
 Modelo: ECG300G
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS OBSERVACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE TECLADO DE FUNCIONES
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE IMPRESORA TERMICA
 REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR DE PAPEL
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE BATERIA RECARGABLE
 REVISION DE CABLE DE 10 DERIVADAS CON SUS CHUPAS Y PINZAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-04-29
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22729

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: **GLUCOQUICK**
 Serie: **4286320210188816**
 Modelo: **GD50**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22728**

Equipo: **BASCULA PISO**



Marca: **KINLEE**
 Serie: **HSCJCEH-01**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE RELOJ
 LIMPIEZA GENERAL
 CALIBRACION PESAS PATRON
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2024-02-29
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-05
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22727**

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M2507020081
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-21
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22726

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: B15.15076
 Modelo: XY930D
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22725**

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR03
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22724**

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR04
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22723**

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: MINDRAY
 Serie: EV-35004941
 Modelo: IMEC12
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22722**

Equipo: **CENTRIFUGA**



Marca: **INDULAB**
 Serie: **13196**
 Modelo: **C-04**
 Nro de Inv: **0159**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE VELOCIDAD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 REVISION DE TAPA
 REVISION DE CARBONES DEL MOTOR
 REVISION DE PORTA TUBOS
 MEDICION DE VELOCIDAD CON TACOMETRO DIGITAL
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto: 2023-11-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22721**

Equipo: **MICROPIPETA**



Marca: **BOECO**
 Serie: **0B1112123**
 Modelo: **5-50UL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22720

Equipo: MICROPIPETA



Marca: DLAB
 Serie: YM214AM0020380
 Modelo: 100-1000UL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22719

Equipo: AGITADOR MAZZINE



Marca: INDULAB
 Serie: 14944
 Modelo: TA-09
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA Y CHASIS
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-11-29
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22718

Equipo: CONTADOR DE CELULAS



Marca: NO DATOS
 Serie: M0285
 Modelo: MECANICO
 Nro de Inv: 0148

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE TECLADO
 REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 REVISION DE CARCAZA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-11-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22717

Equipo: MICROCENTRIFUGA



Marca: INDULAB
 Serie: 13197
 Modelo: CT1-D
 Nro de Inv: 0157

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO NO ESTA EN EL SERVICIO

OBSERVACIONES

Fecha del Mto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22716

Equipo: MICROSCOPIO



Marca: OLYMPUS
 Serie: OE86249
 Modelo: CX21FS1
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO DE LUZ
- REVISION DE CHASIS
- REVISION DE TORNILLO MACRO Y MICRO
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON / OFF
- REVISION DE POTENCIOMETRO VARIADOR DE LUZ
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE OCULARES
- REVISION DE OBJETIVOS
- REVISION Y LUBRICACION DE PORTA OBJETO
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22715

Equipo: **BAÑO SEROLOGICO**



Marca: **MEMMERT**
 Serie: **860342**
 Modelo: **W270**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

suministro e instalacion de switch on/off

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22714

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24220
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-11-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22713

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24241
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-11-08
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-03-16
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22712**

Equipo: ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA



Marca: MINDRAY
 Serie: TH-12009125
 Modelo: BC-30S
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-11-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 0000-00-00
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22711**

Equipo: ANALIZADOR DE QUIMICA



Marca: BIOSYSTEM
 Serie: 831054636
 Modelo: A15
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-11-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:0000-00-00
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22402

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409490
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2019-03-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22401

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409490
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-07-18
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2018-12-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22400**

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409485
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2019-03-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22399

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409485
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-07-18
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2018-12-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22398

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: VESTFROST
 Serie: 2008030-3372
 Modelo: MK 304
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22397

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: VESTFROST
 Serie: 2008030-3372
 Modelo: MK 304
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-18
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-16
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22396**

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: VESTFROST
 Serie: 20094473133
 Modelo: MK 304
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22395**

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: VESTFROST
 Serie: 20094473133
 Modelo: MK 304
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-07-18
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-16
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22394**

Equipo: CONGELADOR



Marca: CHALLENGER
 Serie: 130214-01231
 Modelo: CH-361
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
 REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA
 VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-14
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22393**

Equipo: CONGELADOR



Marca: CHALLENGER
 Serie: 130214-01231
 Modelo: CH-361
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
 REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA
 VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-07-18
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-16
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22392

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: HAIER
 Serie: BE0G95EAS00QEM8C0005
 Modelo: HBC-260
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-16
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22391**

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: HAIER
 Serie: BE0G95EAS00QEM8C0005
 Modelo: HBC-260
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-18
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22390**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000559
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22389

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000559
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22388

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000559
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-14
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22387

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **597T009431**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22386**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **597T009431**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22385

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **597T009431**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-14
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22384**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCELP-03
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22383

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCELP-03
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22382**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCELP-03
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-14
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22381**

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: CJ1-86000053
 Modelo: DC-70
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22380

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: CJ1-86000053
 Modelo: DC-70
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22379

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: CJ1-86000053
 Modelo: DC-70
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-14
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22378**

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: PRESTIGE MEDICAL
 Serie: 1972498
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22377**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009336**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: **2023-10-20**
 Hora de Inicio: **08:00:00**

Fecha Proximo Mtto: **2024-01-09**
 Hora Finalización: **10:00:00**

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22376**

Equipo: TENSIOMETRO PEDIATRICO



Marca: LORD
 Serie: 1123425
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22375**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5220005387**
 Modelo: **522KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
 REVISION DE DISPLAY REVISION DE BATERIAS
 CALIBRACION CON PESAS PATRONES
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-05
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22374**

Equipo: **TENSIOMETRO ADULTO**



Marca: GMD
 Serie: 21101123
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22373**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242317
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22372**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17341
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22369

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000593
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv: 0426

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22368**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCE-01
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22367**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170310213
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22366**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009510**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22365**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242317
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22364**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009451**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22363**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240541
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22362**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17346
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22361**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009486**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22360**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCELP-02
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-20
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22359**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242299
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22358**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242306
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22357**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17345
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-20
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22226**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **3860003300**
 Modelo: **386KGS-01**
 Nro de Inv: **0497**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA MECANICO
LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: **2023-09-25**
 Hora de Inicio: **08:00:00**

Fecha Proximo Mtto: **2023-12-11**
 Hora Finalización: **10:00:00**

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22225**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240532
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22224**

Equipo: DOPPLER FETAL



Marca: EDAN
 Serie: 560042-M19013860021
 Modelo: SONOTRAX BASIC A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22223**

Equipo: **MONITOR FETAL**



Marca: EDAN
 Serie: CB3031078683DEH
 Modelo: CADENCE II
 Nro de Inv: 0324

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE TECLADO
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE TRANSDUCTORES
- REVISIÓN DE IMPRESORA TÉRMICA
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

transductor en mal estado

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22222**

Equipo: LAMPARA DE CALOR RADIANTE



Marca: NINGBO DAVID MEDICAL
 Serie: 22140902004
 Modelo: HKN-9010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CHASIS Y RUEDAS - FRENOS
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DEL ESTADO DE ACRILICOS LATERALES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22221

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: NK-38002063
 Modelo: DP-6900
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22220

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **20035363**
 Modelo: **402K**
 Nro de Inv: **0495**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22219

Equipo: LAMPARA CIELITICA



Marca: BENQ
 Serie: 2M007-M6-0011
 Modelo: DOELUX 6250
 Nro de Inv: 0337

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE BOMBILLO O LED,
 REVISION DE FILTROS,
 REVISION DE SISTEMA MECANICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 LIMPIEZA GENERAL,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

equipo le faltan bombillos

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22218

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **HSCJSP-05**
 Modelo: **20KG**
 Nro de Inv: **0332**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA MECANICO
 LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
 CALIBRACION CON PESAS PATRONES
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-21
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22217**

Equipo:	LAMPARA PIELITICA
	
Marca:	SURGILUX
Serie:	331
Modelo:	BHS331
Nro de Inv:	0325

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
	
Servicio:	Mantenimiento Preventivo
Direccion:	CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono:	7773141
Seccion:	SALA DE PARTOS
Tipo Mtto:	Preventivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE BOMBILLO O LED, REVISION DE FILTROS,
--


OBSERVACIONES

equipo le faltan bombillos

Fecha del Mtto:2023-09-25
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22216

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: L1011
 Modelo: SXT-5A
 Nro de Inv: 0516

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22215

Equipo: CAMA ELECTRICA DE PARTO



Marca: NO DATOS
 Serie: HSCJSP-06
 Modelo: ELECTRICA
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22214**

Equipo:	CAMA ELECTRICA DE PARTO
	
Marca:	NO DATOS
Serie:	HSCJSP-07
Modelo:	ELECTRICA
Nro de Inv:	0330

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
	
Servicio:	Mantenimiento Preventivo
Direccion:	CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono:	7773141
Seccion:	SALA DE PARTOS
Tipo Mtto:	Preventivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
--


OBSERVACIONES

--

Fecha del Mtto:2023-09-25
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22213

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409483
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22212**

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940046
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-09-25
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-12-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22211**

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: CA-MI
 Serie: 94552
 Modelo: NEW ASPIRET
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-09-25
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-12-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22209**

Equipo: BANO DE PARAFINA

Marca: THERABATH
 Serie: HSCJ-F-02
 Modelo: PA-2293
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CARACAZA
 REVISION DE SWICH ON/OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-07
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:

VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22208

Equipo: **HIDROCOLLECTOR**



Marca: **CHATTANOOGA**
 Serie: **T8314C**
 Modelo: **2302**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **FISIOTERAPIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE SWICH ON/OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-07
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22207**

Equipo: MASAJEADOR ULTRASONIDO



Marca: KUP
 Serie: 16006086
 Modelo: KUP-200
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-07
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22206

Equipo: **ULTRASONIDO**



Marca: **CHATTANOOGA**
 Serie: **T9030-2**
 Modelo: **CH2777**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **FISIOTERAPIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICO
 REVISION DE COMPONENTES Y CABLEADO ELECTRICO
 REVISION DE BOTONES E INDICADORES
 VERIFICACION DE DISPLAY
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 REVISION DE SWITCHE-FUSIBLES
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 VERIFICACION DE CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-05
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22205**

Equipo: EJERCITADOR MAGNETICO



Marca: INTERFISICA
 Serie: T18000850-2
 Modelo: F318025
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL DE EQUIPO
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-05
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22204

Equipo: BICICLETA ESTATICA



Marca: PRECOR
 Serie: HSCJVF-01
 Modelo: RBK 635
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PEDALES
 REVISION DE MANUBRIOS
 REVISION DE FRENO
 REVISION DE TABLERO ELECTRONICO
 REVISION DE BATERIAS DE TABLERO ELECTRONICO
 REVISION SILLA
 LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-05
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22203

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409492
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-10-05
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22202**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: MEDCAPTAIN
 Serie: 601015090821
 Modelo: SYS6010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22201

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: ADC
 Serie: HSCJ-H05
 Modelo: CONVENCIONAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22200

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: ACCU-CHEK
 Serie: GC16240954
 Modelo: ACTIVE GC
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22199

Equipo: PULSOXIMETRO



Marca: FINGERTIP
 Serie: HSCJHP-01
 Modelo: PORTATIL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BATERIA Y CARGADOR
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE SENSOR DE SPO2
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22198**

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 1603111
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

brazalete roto

Fecha del Mtto: 2023-10-05
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22197**

Equipo: TENSIOMETRO PEDIATRICO



Marca: WHT & TC
 Serie: HSCJ-H06
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-10-05
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2024-01-09
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22196**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400196
 Modelo: SK-600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22195

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400188
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22194

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400193
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22193**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400194
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22192**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: NIPRO
 Serie: 08B0210AS
 Modelo: SUREFUSION
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


equipo fuera de servicio

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22191

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: HAWK
 Serie: 04008147
 Modelo: HAWK-II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **22190**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SINO MEDICAL
 Serie: 0496200422A02037
 Modelo: SN-1800V
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-10-05
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2024-01-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22003

Equipo: MICROCENTRIFUGA



Marca: INDULAB
 Serie: 13197
 Modelo: CT1-D
 Nro de Inv: 0157

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO NO ESTA EN EL SERVICIO

OBSERVACIONES

Fecha del Mto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22002

Equipo: **CENTRIFUGA**



Marca: **INDULAB**
 Serie: **13196**
 Modelo: **C-04**
 Nro de Inv: **0159**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE VELOCIDAD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 REVISION DE TAPA
 REVISION DE CARBONES DEL MOTOR
 REVISION DE PORTA TUBOS
 MEDICION DE VELOCIDAD CON TACOMETRO DIGITAL
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto: 2023-08-15
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-11-13
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22001

Equipo: MICROPIPETA



Marca: DLAB
 Serie: YM214AM0020380
 Modelo: 100-1000UL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-21
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 22000

Equipo: AGITADOR MAZZINE



Marca: INDULAB
 Serie: 14944
 Modelo: TA-09
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA Y CHASIS
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21999

Equipo: **MICROPIPETA**



Marca: BOECO
 Serie: 0B1112123
 Modelo: 5-50UL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO LO DEJARON CAER Y SE PARTIO EL SISTEMA MECANICO, SISTEMA DE EXPULSION DE PUNTAS.

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21998

Equipo: CONTADOR DE CELULAS



Marca: NO DATOS
 Serie: M0285
 Modelo: MECANICO
 Nro de Inv: 0148

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE TECLADO
 REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 REVISION DE CARCAZA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21997

Equipo: MICROSCOPIO



Marca: OLYMPUS
 Serie: OE86249
 Modelo: CX21FS1
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO DE LUZ
- REVISION DE CHASIS
- REVISION DE TORNILLO MACRO Y MICRO
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON / OFF
- REVISION DE POTENCIOMETRO VARIADOR DE LUZ
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE OCULARES
- REVISION DE OBJETIVOS
- REVISION Y LUBRICACION DE PORTA OBJETO
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21996**

Equipo: **BANO SEROLOGICO**



Marca: MEMMERT
 Serie: 860342
 Modelo: W270
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21995

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24220
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21994

Equipo: ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA



Marca: MINDRAY
 Serie: TH-12009125
 Modelo: BC-30S
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21993

Equipo: ANALIZADOR DE QUIMICA



Marca: BIOSYSTEM
 Serie: 831054636
 Modelo: A15
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21991**

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0109
 Modelo: 1800
 Nro de Inv: 0908

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
 REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE ALARMAS
 REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
 REVISION DE TANQUE DE AGUA
 REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
 REVISION DE TEMPORIZADOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21990

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0107
 Modelo: 1800
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
- REVISION DE TANQUE DE AGUA
- REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-21
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21989**

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17146
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

equipo fuera de servicio

Fecha del Mto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21988**

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17149
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE MODULO
 REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE MOTOR DE SILLON
 REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA
 REVISION DE ESCUPIDERA
 REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE
 REVISION DE JERINGA TRIPLE
 REVISION DE HOLDERS
 REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO)
 REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR)
 REVISION DE COMPRESOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21987

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML13-24946
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

tapa en mal estado

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21986

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML17-27987
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21985

Equipo: EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL



Marca: FIAD
 Serie: 70M1-110-110V
 Modelo: ELITY-90
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21984

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24209
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BATERIAS
- REVISION DE BOTONES SELECTORES
- REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
- VERIFICACION DE CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

termohigrometro descalibrado

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21983

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569912
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21982

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569913
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21981

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009337**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **ODONTOLOGIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA
 VERIFICACION DE CALIBRACION CON PESAS PATRON

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21980

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980842BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21979

Equipo: SCALER



Marca: NSK
 Serie: A9912126
 Modelo: VARIOS 370
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 REVISION DE PIEZA DE MANO,
 VERIFICACION DE FRECUENCIA,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
 REVISION DE ENTRADA Y VALVULA DE AGUA
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-08-15
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-11-21
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21826**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242306
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21825**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242317
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-22
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21824**

Equipo: **TENSIOMETRO ADULTO**



Marca: GMD
 Serie: 21101123
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-07-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21823**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17341
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-07-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21822

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000559
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21821**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **4020046619**
 Modelo: **402K**
 Nro de Inv: **0443**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-07-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21820**

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: CJ1-86000053
 Modelo: DC-70
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21819**

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: CJ1-86000053
 Modelo: DC-70
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-21
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-20
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21818**

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: PRESTIGE MEDICAL
 Serie: 1972498
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21817**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242299
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

EQUIPO FUERA DE SERVICIO SIN BRAZALETENIBP, NI PERA

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21816**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17345
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-07-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21815**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242317
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21814**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009451**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
REVISION DE DISPLAY
REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: **2023-07-24**
 Hora de Inicio: **08:00:00**

Fecha Proximo Mtto: **2023-10-22**
 Hora Finalización: **10:00:00**

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21813

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009451**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21812**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCELP-02
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21811**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCELP-02
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-14
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21810**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240541
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21809

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17346
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21808

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009486**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21807

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000593
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv: 0426

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21806

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009510**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21805

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCE-01
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21804

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170310213
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21803

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009336**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21802**

Equipo: TENSIOMETRO PEDIATRICO



Marca: LORD
 Serie: 1123425
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21801**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5220005387**
 Modelo: **522KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
REVISION DE DISPLAY REVISION DE BATERIAS
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: **2023-07-24**
 Hora de Inicio: **08:00:00**

Fecha Proximo Mtto: **2023-09-06**
 Hora Finalización: **10:00:00**

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21800

Equipo: EJERCITADOR MAGNETICO



Marca: INTERFISICA
 Serie: T18000850-2
 Modelo: F318025
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL DE EQUIPO
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-09
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-07
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21799**

Equipo: EJERCITADOR MAGNETICO



Marca: INTERFISICA
 Serie: T18000850-2
 Modelo: F318025
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL DE EQUIPO
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-10
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21797**

Equipo: BANO DE PARAFINA



Marca: THERABATH
 Serie: HSCJ-F-02
 Modelo: PA-2293
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CARACAZA
 REVISION DE SWICH ON/OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21796

Equipo: **HIDROCOLLECTOR**



Marca: **CHATTANOOGA**
 Serie: **T8314C**
 Modelo: **2302**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **FISIOTERAPIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE SWICH ON/OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21795

Equipo: TENS



Marca: CHATTANOOGA
 Serie: 52472
 Modelo: 1981
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE BATERIA
 REVISION DE ELECTRODOS
 REVISION DE SELECTOR DE PULSO
 REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA
 REVISION DE SELECTOR DE TIEMPO
 REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD
 REVISION DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21794

Equipo: TENS



Marca: CHATTANOOGA
 Serie: 52578
 Modelo: 1981
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE BATERIA
 REVISION DE ELECTRODOS
 REVISION DE SELECTOR DE PULSO
 REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA
 REVISION DE SELECTOR DE TIEMPO
 REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD
 REVISION DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21793

Equipo: MASAJEADOR ULTRASONIDO



Marca: KUP
 Serie: 16006086
 Modelo: KUP-200
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21792**

Equipo: **ULTRASONIDO**



Marca: **CHATTANOOGA**
 Serie: **T9030-2**
 Modelo: **CH2777**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **FISIOTERAPIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICO
 REVISION DE COMPONENTES Y CABLEADO ELECTRICO
 REVISION DE BOTONES E INDICADORES
 VERIFICACION DE DISPLAY
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 REVISION DE SWITCHE-FUSIBLES
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 VERIFICACION DE CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-07
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21791**

Equipo: **ULTRASONIDO**



Marca: **CHATTANOOGA**
 Serie: **T9030-2**
 Modelo: **CH2777**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **FISIOTERAPIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE COMPONENTES ELECTRONICO
 REVISION DE COMPONENTES Y CABLEADO ELECTRICO
 REVISION DE BOTONES E INDICADORES
 VERIFICACION DE DISPLAY
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 REVISION DE SWITCHE-FUSIBLES
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 VERIFICACION DE CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-10
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21790

Equipo: BICICLETA ESTATICA



Marca: PRECOR
 Serie: HSCJVF-01
 Modelo: RBK 635
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PEDALES
 REVISION DE MANUBRIOS
 REVISION DE FRENO
 REVISION DE TABLERO ELECTRONICO
 REVISION DE BATERIAS DE TABLERO ELECTRONICO
 REVISION SILLA
 LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-07
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Sin imagen disponible

Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21789

Equipo: BICICLETA ESTATICA



Marca: PRECOR
 Serie: HSCJVF-01
 Modelo: RBK 635
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PEDALES
 REVISION DE MANUBRIOS
 REVISION DE FRENO
 REVISION DE TABLERO ELECTRONICO
 REVISION DE BATERIAS DE TABLERO ELECTRONICO
 REVISION SILLA
 LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-10
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-09
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21788**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400196
 Modelo: SK-600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21787

Equipo: PULSOXIMETRO



Marca: FINGERTIP
 Serie: HSCJHP-01
 Modelo: PORTATIL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BATERIA Y CARGADOR
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE SENSOR DE SPO2
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21786

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 1603111
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21785

Equipo: TENSIOMETRO PEDIATRICO



Marca: WHT & TC
 Serie: HSCJ-H06
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-07-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-10-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21784

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: ACCU-CHEK
 Serie: GC16240954
 Modelo: ACTIVE GC
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21783**

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: ADC
 Serie: HSCJ-H05
 Modelo: CONVENCIONAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21782

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409492
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21781**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: MEDCAPTAIN
 Serie: 601015090821
 Modelo: SYS6010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21780

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400188
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21779

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400193
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21778

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400194
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21777**

Equipo: **BOMBA DE INFUSION**



Marca: **NIPRO**
 Serie: **08B0219AS**
 Modelo: **SUREFUSION**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **HOSPITALIZACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO FUERA DE SERVICIO, SE APAGA LA PANTALLA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21776

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: NIPRO
 Serie: 08B0210AS
 Modelo: SUREFUSION
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


FUERA DE SERVICIO, NO INFUNDEN

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21775

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: HAWK
 Serie: 04008147
 Modelo: HAWK-I1
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21774

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SINO MEDICAL
 Serie: 0496200422A02037
 Modelo: SN-1800V
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-07-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-10-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21316**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **E09911-.0092**
 Modelo: **339**
 Nro de Inv: **0290**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 3**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21315

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240535
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21314**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR3
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21313

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 21015969
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21312

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR2
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21311**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240533
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21310**

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009290**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21309

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
PARED



Marca: WELCH ALLYN
Serie: HSCJ-UR7
Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono: 7773141
Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
REVISION DE OTOSCOPIO
REVISION DE RETINOSCOPIO
REVISION DE BOMBILLOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21308**

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009455**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21307**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **3860003300**
 Modelo: **386KGS-01**
 Nro de Inv: **0497**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA MECANICO
LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21306**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240532
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21305

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940017
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21304

Equipo: TENSIOMETRO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: HSCJUI-01
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21303

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: PULMO-MED
 Serie: 00228
 Modelo: 7E-A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-20
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21302

Equipo: **BASCULA PISO**



Marca: **KINLEE**
 Serie: **HSCJCEH-01**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE RELOJ
 LIMPIEZA GENERAL
 CALIBRACION PESAS PATRON
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-06
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21301**

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: **GLUCOQUICK**
 Serie: **4286320210188816**
 Modelo: **GD50**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21300

Equipo: ELECTROCARDIOGRAFO



Marca: CONTEC
 Serie: SHSE50801766
 Modelo: ECG300G
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS OBSERVACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE TECLADO DE FUNCIONES
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE IMPRESORA TERMICA
 REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR DE PAPEL
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE BATERIA RECARGABLE
 REVISION DE CABLE DE 10 DERIVADAS CON SUS CHUPAS Y PINZAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21299

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M2507020081
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21298

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: B15.15076
 Modelo: XY930D
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21297

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR03
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21296

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR04
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21295

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: MINDRAY
 Serie: EV-35004941
 Modelo: IMEC12
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO SIN CABLES A PACIENTE

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21294**

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: NK-38002063
 Modelo: DP-6900
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21293**

Equipo: DOPPLER FETAL



Marca: EDAN
 Serie: 560042-M19013860021
 Modelo: SONOTRAX BASIC A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21292**

Equipo: **MONITOR FETAL**



Marca: EDAN
 Serie: CB3031078683DEH
 Modelo: CADENCE II
 Nro de Inv: 0324

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE TECLADO
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE TRANSDUCTORES
- REVISIÓN DE IMPRESORA TÉRMICA
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21291**

Equipo: LAMPARA DE CALOR RADIANTE



Marca: NINGBO DAVID MEDICAL
 Serie: 22140902004
 Modelo: HKN-9010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CHASIS Y RUEDAS - FRENOS
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DEL ESTADO DE ACRILICOS LATERALES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21290**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **20035363**
 Modelo: **402K**
 Nro de Inv: **0495**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL


- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21289

Equipo: LAMPARA CIELITICA



Marca: BENQ
 Serie: 2M007-M6-0011
 Modelo: DOELUX 6250
 Nro de Inv: 0337

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE BOMBILLO O LED,
 REVISION DE FILTROS,
 REVISION DE SISTEMA MECANICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 LIMPIEZA GENERAL,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO SIN BOMBILLOS

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21288**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **HSCJSP-05**
 Modelo: **20KG**
 Nro de Inv: **0332**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA MECANICO
LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: **2023-06-23**
 Hora de Inicio: **08:00:00**

Fecha Proximo Mtto: **2023-09-12**
 Hora Finalización: **10:00:00**

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21287**

Equipo:	LAMPARA PIELITICA
	
Marca:	SURGILUX
Serie:	331
Modelo:	BHS331
Nro de Inv:	0325

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
	
Servicio:	Mantenimiento Preventivo
Direccion:	CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono:	7773141
Seccion:	SALA DE PARTOS
Tipo Mtto:	Preventivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE BOMBILLO O LED, REVISION DE FILTROS,
--


OBSERVACIONES

EQUIPO LE FALTAN ALGUNOS BOMBILLOS

Fecha del Mto:2023-06-27
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mto:2023-09-12
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21286

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: L1011
 Modelo: SXT-5A
 Nro de Inv: 0516

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21285**

Equipo: CAMA ELECTRICA DE PARTO



Marca: NO DATOS
 Serie: HSCJSP-06
 Modelo: ELECTRICA
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21284**

Equipo:	CAMA ELECTRICA DE PARTO
	
Marca:	NO DATOS
Serie:	HSCJSP-07
Modelo:	ELECTRICA
Nro de Inv:	0330

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
	
Servicio:	Mantenimiento Preventivo
Direccion:	CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono:	7773141
Seccion:	SALA DE PARTOS
Tipo Mtto:	Preventivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
--


OBSERVACIONES

--

Fecha del Mtto:2023-06-27
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21283

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409483
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-06-27
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-09-12
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **21282**

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940046
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 21281

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: CA-MI
 Serie: 94552
 Modelo: NEW ASPIRET
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-06-27
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20887

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409490
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-04-19
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2018-09-18
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20886

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409485
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-04-19
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2018-09-18
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20885**

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: VESTFROST
 Serie: 2008030-3372
 Modelo: MK 304
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-19
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20884

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: VESTFROST
 Serie: 20094473133
 Modelo: MK 304
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-19
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20883

Equipo: CONGELADOR



Marca: CHALLENGER
 Serie: 130214-01231
 Modelo: CH-361
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA
 REVISION DE UNIDAD CONDENSADORA
 VERIFICACION DE CONSERVACION DE FRIO CON DATALOGGER
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-19
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20882

Equipo: REFRIGERADOR PARA VACUNAS



Marca: HAIER
 Serie: BE0G95EAS00QEM8C0005
 Modelo: HBC-260
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: VACUNACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISIÓN GENERAL
 REVISIÓN DE PUERTA Y EMPAQUE
 REVISIÓN DE COMPRESOR
 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-19
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20880

Equipo: MASAJEADOR ULTRASONIDO



Marca: KUP
 Serie: 16006086
 Modelo: KUP-200
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-23
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20879

Equipo: BANO DE PARAFINA



Marca: THERABATH
 Serie: HSCJ-F-02
 Modelo: PA-2293
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CARACAZA
 REVISION DE SWICH ON/OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20875

Equipo: **HIDROCOLLECTOR**



Marca: **CHATTANOOGA**
 Serie: **T8314C**
 Modelo: **2302**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **FISIOTERAPIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
 REVISION DE SWICH ON/OFF
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20874

Equipo: TENS



Marca: CHATTANOOGA
 Serie: 52472
 Modelo: 1981
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE BATERIA
 REVISION DE ELECTRODOS
 REVISION DE SELECTOR DE PULSO
 REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA
 REVISION DE SELECTOR DE TIEMPO
 REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD
 REVISION DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-11
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20873

Equipo: TENS



Marca: CHATTANOOGA
 Serie: 52578
 Modelo: 1981
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: FISIOTERAPIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE BATERIA
 REVISION DE ELECTRODOS
 REVISION DE SELECTOR DE PULSO
 REVISION DE SELECTOR DE FRECUENCIA
 REVISION DE SELECTOR DE TIEMPO
 REVISION DE SELECTOR DE INTENSIDAD
 REVISION DE PUERTOS DE SALIDA DE ELECTRODOS
 LIMPIEZA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-04-12
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-07-11
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20870

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0109
 Modelo: 1800
 Nro de Inv: 0908

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
- REVISION DE TANQUE DE AGUA
- REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20869

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0107
 Modelo: 1800
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
- REVISION DE TANQUE DE AGUA
- REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-23
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20868

Equipo: **CENTRIFUGA**



Marca: **INDULAB**
 Serie: **13196**
 Modelo: **C-04**
 Nro de Inv: **0159**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE VELOCIDAD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 REVISION DE TAPA
 REVISION DE CARBONES DEL MOTOR
 REVISION DE PORTA TUBOS
 MEDICION DE VELOCIDAD CON TACOMETRO DIGITAL
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20867

Equipo: MICROPIPETA



Marca: DLAB
 Serie: YM214AM0020380
 Modelo: 100-1000UL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-23
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20866

Equipo: AGITADOR MAZZINE



Marca: INDULAB
 Serie: 14944
 Modelo: TA-09
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA Y CHASIS
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20865

Equipo: **MICROPIPETA**



Marca: **BOECO**
 Serie: **0B1112123**
 Modelo: **5-50UL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-21
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20864

Equipo: CONTADOR DE CELULAS



Marca: NO DATOS
 Serie: M0285
 Modelo: MECANICO
 Nro de Inv: 0148

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE TECLADO
 REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 REVISION DE CARCAZA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20863**

Equipo: MICROCENTRIFUGA



Marca: INDULAB
 Serie: 13197
 Modelo: CT1-D
 Nro de Inv: 0157

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO FUERA DE SERVICIO, SE ENCUENTRA EN LABORATORIO DE MANTENIMIENTO POR MTTTO CORRECTIVO.

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20862**

Equipo:	MICROSCOPIO
	
Marca:	OLYMPUS
Serie:	OE86249
Modelo:	CX21FS1
Nro de Inv:	

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
	
Servicio:	Mantenimiento Preventivo
Dirección:	CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Teléfono:	7773141
Sección:	LABORATORIO
Tipo Mto:	Preventivo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL REVISION DE FILTRO DE LUZ REVISION DE CHASIS REVISION DE TORNILLO MACRO Y MICRO REVISION DE CABLE DE PODER REVISION DE SWICH ON / OFF REVISION DE POTENCIOMETRO VARIADOR DE LUZ REVISION DE BOMBILLO REVISION DE OCULARES REVISION DE OBJETIVOS REVISION Y LUBRICACION DE PORTA OBJETO LIMPIEZA GENERAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

--

Fecha del Mto:2023-05-12
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mto:2023-08-15
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20861

Equipo: **BANO SEROLOGICO**



Marca: **MEMMERT**
 Serie: **860342**
 Modelo: **W270**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20860

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24220
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BATERIAS
- REVISION DE BOTONES SELECTORES
- REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
- VERIFICACION DE CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20859

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24241
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-09-18
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20858

Equipo: ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA



Marca: MINDRAY
 Serie: TH-12009125
 Modelo: BC-30S
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20857**

Equipo: ANALIZADOR DE QUIMICA



Marca: BIOSYSTEM
 Serie: 831054636
 Modelo: A15
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-12
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20856

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML13-24946
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-21
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20855

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML13-24946
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20854**

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17146
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR DE SILLON
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA
 REVISION DE ESCUPIDERA
 REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

equipo fuera de servicio

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20853

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17149
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MODULO
 REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE MOTOR DE SILLON
 REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA
 REVISION DE ESCUPIDERA
 REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE
 REVISION DE JERINGA TRIPLE
 REVISION DE HOLDERS
 REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO)
 REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR)
 REVISION DE COMPRESOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20852

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML17-27987
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20851

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980494BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20850

Equipo: EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL



Marca: FIAD
 Serie: 70M1-110-110V
 Modelo: ELITY-90
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20849

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24209
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20848**

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569912
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20847**

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569913
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20846

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009337**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **ODONTOLOGIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA
 VERIFICACION DE CALIBRACION CON PESAS PATRON


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20845

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980842BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-15
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20844

Equipo: SCALER



Marca: NSK
 Serie: A9912126
 Modelo: VARIOS 370
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 REVISION DE PIEZA DE MANO,
 VERIFICACION DE FRECUENCIA,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
 REVISION DE ENTRADA Y VALVULA DE AGUA
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-05-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-08-23
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20693

Equipo: EQUIPO DE RAYOS X



Marca: RTR
 Serie: ABA1840274
 Modelo: MCR TEC-RAD
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: IMAGENOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISION Y LIMPIEZA DE BUKY DE PARED
- REVISION DE MESA
- REVISIÓN DE FRENOS
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20692**

Equipo: SIERRA CORTA YESO



Marca: MARTIN CUTTER
 Serie: 32969
 Modelo: 4183-106
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: IMAGENOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CUCHILLA
 REVISION DE MOTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20691

Equipo: TENSIOMETRO PEDIATRICO



Marca: WHT & TC
 Serie: HSCJ-H06
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-07-13
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20690

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: ACCU-CHEK
 Serie: GC16240954
 Modelo: ACTIVE GC
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20689

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: ADC
 Serie: HSCJ-H05
 Modelo: CONVENCIONAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20688

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409492
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-07-13
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20687**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: MEDCAPTAIN
 Serie: 601015090821
 Modelo: SYS6010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-07-13
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20686

Equipo: PULSOXIMETRO



Marca: FINGERTIP
 Serie: HSCJHP-01
 Modelo: PORTATIL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BATERIA Y CARGADOR
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE SENSOR DE SPO2
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

BATERIA DESGASTADA, REQUIERE CAMBIO

Fecha del Mto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mto: 2023-07-19
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20685**

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 1603111
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-14
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20684**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400196
 Modelo: SK-600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

BOMBA FUERA DE SERVICIO, NO INFUNDE

Fecha del Mtto: 2023-04-14
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-07-12
 Hora Finalización: 08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20683

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400188
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20682

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400193
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20681

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SK
 Serie: 70400194
 Modelo: 600II
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20680

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: NIPRO
 Serie: 08B0219AS
 Modelo: SUREFUSION
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO NO DA IMAGEN EN LA PANTALLA

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20679**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: NIPRO
 Serie: 08B0210AS
 Modelo: SUREFUSION
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20678

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: HAWK
 Serie: 04008147
 Modelo: HAWK-I1
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20677**

Equipo: BOMBA DE INFUSION



Marca: SINO MEDICAL
 Serie: 0496200422A02037
 Modelo: SN-1800V
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: HOSPITALIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA TECLADO Y DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
- REVISION DE MOTOR PERISTALTICO
- REVISION DE SENSOR DE OCLUSIÓN Y AIRE
- REVISIÓN DE PUERTA Y SEGURO
- REVISIÓN DE PARÁMETROS Y ALARMAS
- REVISION DE BATERIAS RECARGABLES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-19
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20676

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **4020046619**
 Modelo: **402K**
 Nro de Inv: **0443**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20675**

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD
 Serie: 21101123
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mto: 2023-07-13
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20674

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242317
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-12
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20673**

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17341
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA N°2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20672**

Equipo: LAMPARA PIELITICA DE EXAMEN



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJCE-01
 Modelo: GS-300
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE SWICH ON/OFF
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PEDESTAL Y BASE
- LIMPIEZA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20671**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170310213
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20670**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009336**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: **2023-04-13**
 Hora de Inicio: **08:00:00**

Fecha Proximo Mtto: **2023-07-13**
 Hora Finalización: **10:00:00**

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20669**

Equipo: TENSIOMETRO PEDIATRICO



Marca: LORD
 Serie: 1123425
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20668**

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5220005387**
 Modelo: **522KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
REVISION DE DISPLAY REVISION DE BATERIAS
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-06-08
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20667

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000559
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ROSADO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20666

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242306
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20665**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242299
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20664

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17345
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°5
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20663**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240541
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20662

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: 17346
 Modelo: GS777 TRANSFORMER
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20661

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009486**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°4**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20660

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: PRESTIGE MEDICAL
 Serie: 1972498
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO ENFERMERIA PYM N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20659

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: RIESTER
 Serie: 000593
 Modelo: RI-FORMER
 Nro de Inv: 0426

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-04-13
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-07-13
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20657

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009510**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **20656**

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 160242317
 Modelo: BIG BEN ROUND
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 20655

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009451**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO MEDICO N°1**
 Tipo Mnto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELCTRICO Y ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESAS PATRON
 LIMPIEZA DEL EQUIPO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-04-13
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-07-13
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19990

Equipo: **BASCULA PISO**



Marca: **KINLEE**
 Serie: **HSCJCEH-01**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MANOMETRO
 LIMPIEZA GENERAL
 CALIBRACION PESAS PATRON
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-08
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19989

Equipo: **GLUCOMETRO**



Marca: **GLUCOQUICK**
 Serie: **4286320210188816**
 Modelo: **GD50**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS OBSERVACION**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE PUERTO PARA TIRILLAS
 REVISION Y LIMPIEZA DE CHIP
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19988

Equipo: ELECTROCARDIOGRAFO



Marca: CONTEC
 Serie: SHSE50801766
 Modelo: ECG300G
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS OBSERVACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE TECLADO DE FUNCIONES
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE IMPRESORA TERMICA
 REVISION Y LIMPIEZA DE SENSOR DE PAPEL
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE BATERIA RECARGABLE
 REVISION DE CABLE DE 10 DERIVADAS CON SUS CHUPAS Y PINZAS
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR DE PACIENTE

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19987

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **E09911-0092**
 Modelo: **339**
 Nro de Inv: **0290**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 3**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-03-23
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-06-14
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19986

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240535
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

PERA EN MAL ESTADO -CAMBIAR-

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19985

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR3
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 3
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-03-23
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-06-14
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19984

Equipo: TENSIOMETRO ADULTO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: 21015969
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19983

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS Y DE LOS SENTIDOS



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJUR2
 Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
 Nro de Inv: 0278

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE OTOSCOPIO Y RETINOSCOPIO
 REVISION DE TRANSFORMADOR INTERNO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BOMBILLOS
 REVISION DE CABLE DE PODER -
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-03-23
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-06-14
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19982

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240533
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 2
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

PERA EN MAL ESTADO -CAMBIAR-

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19981

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009290**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 2**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19980

Equipo: **BASCULA DIGITAL**



Marca: **HEALT O METER**
 Serie: **597T009455**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv: **0268**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA ELECTRO-MECANICO
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE BATERIAS
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19979

Equipo: EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
PARED



Marca: WELCH ALLYN
Serie: HSCJ-UR7
Modelo: 777 WALL TRANSFORMER
Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
Telefono: 7773141
Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION PERA Y BRAZALETE
REVISION DE MANOMETRO
LIMPIEZA GENERAL
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19978

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **3860003300**
 Modelo: **386KGS-01**
 Nro de Inv: **0497**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
REVISION DE SISTEMA MECANICO
LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
CALIBRACION CON PESAS PATRONES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19977

Equipo: TENSIOMETRO DE PARED



Marca: RIESTER
 Serie: 170240532
 Modelo: BIG BEN QUARE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS CONSULTORIO 1
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE MANOMETRO,
 REVISION DE BRAZALETE,
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION,
 REVISION DE PERA O CAMARA DE AIRE,
 LIMPIEZA GENERAL,
 CALIBRACION


OBSERVACIONES

PERA EN MAL ESTADO -CAMBIAR-

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19976

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR03
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19975

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: B15.15076
 Modelo: XY930D
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **19974**

Equipo: LARINGOSCOPIO



Marca: WELCH ALLYN
 Serie: HSCJ-UR04
 Modelo: GREEN LINE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE JUEGO DE VALVAS
 REVISION DE MANGO PORTA BATERIA
 REVISION DE BATERIAS
 LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19973

Equipo: TENSIOMETRO



Marca: GMD DIAGNOSTIC
 Serie: HSCJUI-01
 Modelo: MANUAL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PERA DE INSUFLACION
- REVISION DE BRAZALETE
- REVISION DE VALVULA DE AIRE
- REVISION DE MANOMETRO DE PRESION
- CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19972

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: PULMO-MED
 Serie: 00228
 Modelo: 7E-A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-22
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19971

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940017
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA IRA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

FALTA SENSOR DE SPO2 -SUMINISTRAR-

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19970

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M2507020081
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

FALTA PERILLA DEL SELECCIONADOR DE MENU

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19969

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: MINDRAY
 Serie: EV-35004941
 Modelo: IMEC12
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: URGENCIAS REANIMACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

NO TIENE CABLE BRAZALETE, NO TIENE CABLE ECG -SUMINISTRAR-

Fecha del Mtto:2023-03-23
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19952

Equipo: ECOGRAFO



Marca: MINDRAY
 Serie: NK-38002063
 Modelo: DP-6900
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE TECLADO
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTORES
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

TAPA DE TECLADO FALTA TORNILLO

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19951

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: GREN TECH
 Serie: GM0409483
 Modelo: HTC-2
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-03-16
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-06-14
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden **19950**

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **20035363**
 Modelo: **402K**
 Nro de Inv: **0495**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE SISTEMA MECANICO
- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
- CALIBRACION CON PESAS PATRONES
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19949

Equipo: **BASCULA PEDIATRICA**



Marca: **DETECTO**
 Serie: **HSCJSP-05**
 Modelo: **20KG**
 Nro de Inv: **0332**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **SALA DE PARTOS**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA MECANICO
 LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO
 CALIBRACION CON PESAS PATRONES
 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19948

Equipo: CAMA ELECTRICA DE PARTO



Marca: NO DATOS
 Serie: HSCJSP-06
 Modelo: ELECTRICA
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19947

Equipo: CAMA ELECTRICA DE PARTO



Marca: NO DATOS
 Serie: HSCJSP-07
 Modelo: ELECTRICA
 Nro de Inv: 0330

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19946

Equipo: DOPPLER FETAL



Marca: EDAN
 Serie: 560042-M19013860021
 Modelo: SONOTRAX BASIC A
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIA Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE TRANSDUCTOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19945

Equipo: LAMPARA PIELITICA



Marca: SURGILUX
 Serie: 331
 Modelo: BHS331
 Nro de Inv: 0325

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE BOMBILLO O LED,
 REVISION DE FILTROS,
 REVISION DE SISTEMA MECANICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 LIMPIEZA GENERAL,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19944

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: SMAF
 Serie: L1011
 Modelo: SXT-5A
 Nro de Inv: 0516

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19943

Equipo: SUCCIONADOR DE SECRECIONES



Marca: CA-MI
 Serie: 94552
 Modelo: NEW ASPIRET
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO Y SISTEMA DE SUCCION
 REVISION DE CARCAZA Y FILTRO DE AIRE
 REVISION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO
 REVISION DE MANOMETRO DE VACIO
 PRUEBA DE FUGAS
 REVISION DE MANGUERA SILICONADA Y RECIPIENTE DE RECOLECCION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO EN GARANTIA

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19942

Equipo: MONITOR FETAL



Marca: EDAN
 Serie: CB3031078683DEH
 Modelo: CADENCE II
 Nro de Inv: 0324

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE PANTALLA
- REVISION DE TECLADO
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE TRANSDUCTORES
- REVISIÓN DE IMPRESORA TÉRMICA
- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19941

Equipo: LAMPARA DE CALOR RADIANTE



Marca: NINGBO DAVID MEDICAL
 Serie: 22140902004
 Modelo: HKN-9010
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE CHASIS Y RUEDAS - FRENOS
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DEL ESTADO DE ACRILICOS LATERALES
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO NO ENCIENDE PROBAR CON FISIBLES NUEVOS

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19940

Equipo: LAMPARA CIELITICA



Marca: BENQ
 Serie: 2M007-M6-0011
 Modelo: DOELUX 6250
 Nro de Inv: 0337

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE BOMBILLO O LED,
 REVISION DE FILTROS,
 REVISION DE SISTEMA MECANICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 LIMPIEZA GENERAL,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO FUERA DE SERVICIO -LOS SATELITES NO ENCIENDEN NO TIENEN BOMBILLOS-

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19939

Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES



Marca: EDAN
 Serie: 360001-M20421940046
 Modelo: IM8
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: SALA DE PARTOS
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE PANTALLA LCD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE CONEXIONES ELECTRONICAS INTERNAS
 REVISION DE MODULOS DE NIBP, SPO2, ECG
 REVISIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

SIN CABLE SPO2

Fecha del Mtto:2023-03-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-06-14
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19888

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0109
 Modelo: 1800
 Nro de Inv: 0908

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
- REVISION DE TANQUE DE AGUA
- REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19887

Equipo: AUTOCLAVE



Marca: AUTOMAT
 Serie: 1800-0107
 Modelo: 1800
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ESTERILIZACION
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE PUERA Y EMPAQUE
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE ALARMAS
- REVISION DE VALVULA DE SEGURIDAD
- REVISION DE TANQUE DE AGUA
- REVISION DE VALVULAS SELENOIDES DE AGUA Y VAPOR
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19886

Equipo: EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICAL



Marca: FIAD
 Serie: 70M1-110-110V
 Modelo: ELITY-90
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISIÓN GENERAL
- REVISIÓN DE COLIMADOR
- REVISIÓN DE BOMBILLO
- REVISIÓN DE DISPARADOR
- REVISIÓN DE CONTROL DE DISPARO
- REVISIÓN DE TUBO DE RX
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto: 2023-02-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-05-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19885

Equipo: **BASCULA CON TALLIMETRO DIGITAL**



Marca: **HEALTH O METER**
 Serie: **5971009337**
 Modelo: **597KL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **ODONTOLOGIA**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE VOLTAJE DE BATERIA
 VERIFICACION DE CALIBRACION CON PESAS PATRON

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19849

Equipo: MICROPIPETA



Marca: DLAB
 Serie: YM214AM0020380
 Modelo: 100-1000UL
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19848

Equipo: AGITADOR MAZZINE



Marca: INDULAB
 Serie: 14944
 Modelo: TA-09
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE CARCAZA Y CHASIS
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19847

Equipo: **MICROPIPETA**



Marca: **BOECO**
 Serie: **0B1112123**
 Modelo: **5-50UL**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SELECTOR DE MICRO LANDAS
 LUBRICACION INTERNA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-23
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19846

Equipo: **CENTRIFUGA**



Marca: **INDULAB**
 Serie: **13196**
 Modelo: **C-04**
 Nro de Inv: **0159**

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE SENSOR DE VELOCIDAD
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE MOTOR ELECTRICO
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE SWICH ON / OFF Y TEMPORIZADOR
 REVISION DE TAPA
 REVISION DE CARBONES DEL MOTOR
 REVISION DE PORTA TUBOS
 MEDICION DE VELOCIDAD CON TACOMETRO DIGITAL
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19845

Equipo: CONTADOR DE CELULAS



Marca: NO DATOS
 Serie: M0285
 Modelo: MECANICO
 Nro de Inv: 0148

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


REVISION GENERAL
 REVISION DE TECLADO
 REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS
 REVISION DE CARCAZA
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19844

Equipo: MICROCENTRIFUGA



Marca: INDULAB
 Serie: 13197
 Modelo: CT1-D
 Nro de Inv: 0157

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO FUERA DE SERVICIO, SE ENCUENTRA EN LABORATORIO DE MANTENIMIENTO POR MTTO CORRECTIVO.

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19843

Equipo: MICROSCOPIO



Marca: OLYMPUS
 Serie: OE86249
 Modelo: CX21FS1
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO DE LUZ
- REVISION DE CHASIS
- REVISION DE TORNILLO MACRO Y MICRO
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON / OFF
- REVISION DE POTENCIOMETRO VARIADOR DE LUZ
- REVISION DE BOMBILLO
- REVISION DE OCULARES
- REVISION DE OBJETIVOS
- REVISION Y LUBRICACION DE PORTA OBJETO
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19842

Equipo: **BANO SEROLOGICO**



Marca: **MEMMERT**
 Serie: **860342**
 Modelo: **W270**
 Nro de Inv:

Entidad: **ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**



Servicio: **Mantenimiento Preventivo**
 Direccion: **CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH**
 Telefono: **7773141**
 Seccion: **LABORATORIO**
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE RESISTENCIA ELECTRICA SUMERGIBLE
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVIISON DE SENSOR DE TEMPERATURA
- REVISION DE TEMPORIZADOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

EQUIPO PRESENTA DANOS EN EL SWITCH ON/OFF- SUMINISTRO EINSTALACION DE SWITCH

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19841

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24220
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-02-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-05-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19840

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24241
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE DISPLAY
 REVISION DE CARCAZA
 REVISION DE BATERIAS
 REVISION DE BOTONES SELECTORES
 REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
 VERIFICACION DE CALIBRACION
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto: 2023-02-24
 Hora de Inicio: 08:00:00

Fecha Proximo Mtto: 2023-05-17
 Hora Finalización: 10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19839

Equipo: ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA



Marca: MINDRAY
 Serie: TH-12009125
 Modelo: BC-30S
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


A ESTE EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA DIFERENTE.

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19838

Equipo: ANALIZADOR DE QUIMICA



Marca: BIOSYSTEM
 Serie: 831054636
 Modelo: A15
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: LABORATORIO
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


EQUIPO LE REALIZA MANTENIMIENTO EMPRESA EXTERNA

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19837

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980494BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19836

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980494BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19835

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML17-27987
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19834

Equipo: AMALGAMADOR



Marca: MILLENIUM
 Serie: AML13-24946
 Modelo: MILLENIUM 2000
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- REVISION GENERAL
- REVISION DE CUCHARILLAS PORTA AMALGAMA
- REVISION DE CARCAZA Y TAPA
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE DISPLAY DE CONTROL DE FUNCIONES
- REVISION DE TIMER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE SWICH ON /OFF
- LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

NO TIENE TAPA DE CUCHARILLAS PORTA ALMALGAMA

Fecha del Mtto:2023-02-16
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:08:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19833

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17149
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE MODULO
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
- REVISION DE MOTOR DE SILLON
- REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER
- REVISION DE CABLE DE PODER
- REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA
- REVISION DE ESCUPIDERA
- REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE
- REVIISON DE JERINGA TRIPLE
- REVISION DE HOLDERS
- REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO)
- REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR)
- REVISION DE COMPRESOR
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19832

Equipo: UNIDAD ODONTOLOGICA



Marca: TEXVO
 Serie: 17146
 Modelo: STANDAR
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL
 REVISION DE MODULO
 REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS
 REVISION DE MOTOR DE SILLON
 REVISION DE VALVULAS DE AIRE, DE AGUA, CLIPER
 REVISION DE CABLE DE PODER
 REVISION DE LAMPARA DE LUZ FRIA
 REVISION DE ESCUPIDERA
 REVISION DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE
 REVISION DE JERINGA TRIPLE
 REVISION DE HOLDERS
 REVISION DE PIESA DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA DE MANO)
 REVISION DE PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR)
 REVISION DE COMPRESOR
 LIMPIEZA GENERAL
 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19831

Equipo: TERMOHIGROMETRO



Marca: HALTHEN
 Serie: 24209
 Modelo: TTH-002
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE DISPLAY
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BATERIAS
- REVISION DE BOTONES SELECTORES
- REVISION DE SENSOR DE TEMPERATURA
- VERIFICACION DE CALIBRACION
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.co
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19830

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569912
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19829

Equipo: COMPRESOR



Marca: SCHULZ
 Serie: 0003569913
 Modelo: CSD 5
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTROS DE AIRE
- RESVISION DE PISTONES, ANILLOS, BIELAS Y BALINERAS
- REVISION DE MOTOR ELECTRICO
- REVISION DE TANQUE RECOLECTOR DE AIRE
- REVISION DE CABLE DE PODER Y RED ELECTRICA
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19828

Equipo: LAMPARA DE FOTOCURADO



Marca: CURING LIGHT
 Serie: L1980842BC
 Modelo: B CURE
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


- REVISION GENERAL
- REVISION DE FILTRO
- REVISION DE FIBRA OPTICA
- REVISION DE CARCAZA
- REVISION DE BOMBILLOS
- REVISION DE TEMPORIZADOR - TIMER
- REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA
- REVISION DE CABLE DE PODER
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-17
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA

	BIOSOLTEC LTDA	Version: 1
	FORMATO UNICO	01-01-2023
	ORDEN DE SERVICIO TIPO A	Pagina 1 de 1

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nro de Orden 19827

Equipo: SCALER



Marca: NSK
 Serie: A9912126
 Modelo: VARIOS 370
 Nro de Inv:

Entidad: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS



Servicio: Mantenimiento Preventivo
 Direccion: CLL 12 N° 8-99 BARRIO NAZARETH
 Telefono: 7773141
 Seccion: ODONTOLOGIA
 Tipo Mtto: **Preventivo**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

REVISION GENERAL,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO,
 REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO,
 REVISION DE PIEZA DE MANO,
 VERIFICACION DE FRECUENCIA,
 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
 REVISION DE ENTRADA Y VALVULA DE AGUA
 LIMPIEZA GENERAL


OBSERVACIONES

(Empty box for observations)

Fecha del Mtto:2023-02-24
 Hora de Inicio:08:00:00

Fecha Proximo Mtto:2023-05-25
 Hora Finalización:10:00:00

Firma Ing/Tecnico:



VB encargado equipo:



Cra 9 N° 13-28 Lc 1 B/Obrero - 7837917 – Cel 3004492314
 biosoltec@gmail.com - gerencia@biosoltecltda.com.c
 www.biosoltecltda.com.co
 MONTERÍA - CÓRDOBA - COLOMBIA